



T.C.  
Pamukkale Üniversitesi  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  
DENİZLİ

22.07.2022

ay : B.30.2.PAÜ.0.70.81.00//2022-3659  
onu : Teklife Davet

İhtiyaçlarımızın karşılanması için **3 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI** işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi öndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Ramazan KOYUN  
Satın Alma Memuru

**SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:** 25.07.2022-10:00

**TEKLİF BAŞVURU YERİ:** PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ YENİ BİNA ZEMİN KAT SATIN ALMA SERVİSİ DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ KINIKLI KAMPÜSÜ KINIKLI DENİZLİ

**TEKLİF TÜRÜ:** TEKLİF BİRİM FİYAT

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Marka	UBB Kodu	SUF KODU	Birim Fiyatı (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	132955 - MINI BUZDOLABI	AD	20					
2	111123 - ISI VE NEM ÖLÇER	AD	20					
3	133717 - PORTMANTO	AD	20					


**EK: TEKNİK ŞARTNAME**

**NOTLAR:**

- ❖ Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog varsa teklif mektupları içerisinde sunulmalıdır.
- ❖ Teknik şartnameye cevap yazısı firma tarafından kaşe ve imza yapılarak teklif mektupları içerisinde sunulmalıdır.
- ❖ Numune istenmesi halinde birimizce telefonla bildirilen numune isteği en geç 2 (iki) iş günü içerisinde yerine getirilecek olup, numunesi getirilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- ❖ Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup, teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir. Teslimat süresi mali yılsonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- ❖ Temlikname kabul edilmeyecektir.
- ❖ Teklife ilişkin KDV oranları belirtilecektir.
- ❖ Yukarıda belirtilen hususların teklif mektubunda taahhüt edilmesi gerekmekte olup, taahhüt edilmediği durumlarda teklifler geçersiz sayılacaktır.
- ❖ Ödemeler; Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve Yüklenicinin yazılı talebinden sonra ödeme planına göre ödeme 60 gün içinde gerçekleştirilecektir. Ancak, farklı ödeme vadeleri için fiyat alternatifleri komisyonumuzca değerlendirmeye alınacaktır.
- ❖ **PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ YENİ BİNA ZEMİN KAT SATIN ALMA SERVİSİ DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ KINIKLI KAMPÜSÜ KINIKLI DENİZLİ**  
TELEFON: 0 258 296 6291--FAKS DOĞRUDAN TEMİN: 0 258 296 47 09 FAKS İHALE: 0 258 296 47 12  
e-Mail: [pauogrudentemin@windowslive.com](mailto:pauogrudentemin@windowslive.com)

132 955

MİNİ BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ



ürün rengi	beyaz
ürün tipi	tezgah seviyesi
enerji sınıfı	A +
toplam brüt hacmi	90
sogutucu bölme	86
ses seviyesi	43

şarj	0,02
kontrol sistemi	mekanik
soğutma sistemi	statik
derinlik	53
genişlik	47,5
yükseklik	81,8

**AHMET TAŞAN**  
Şube Müdürü  
Taşınır Kontrol Yetkilisi

111123

### ISI VE NEM ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sıcaklık ve nem ölçümü yapmalıdır.
2. Açma kapama tuşu olmalıdır.
3. Sıcaklık ölçüm aralığı  $-50^{\circ}\text{C}$ ,  $+70^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ ) olmalıdır.
4. Sıcaklık ölçüm hassasiyeti  $0,1^{\circ}\text{C}$  olmalıdır.
5. Nem ölçüm aralığı  $\%20$ - $\%90$  ( $\pm 10$ ) bağıl nem olmalıdır.
6. Nem ölçüm hassasiyeti  $\%1$  bağıl nem olmalıdır.
7. LCD göstergeli olmalıdır.
8. Cihaz pil ile çalışmalı ve pili azaldığında uyarı vermelidir.
9. 2 adet yedek pil beraberinde verilmelidir.
10. Cihazın kalibre edildiğine dair kalibrasyon belgesi olmalıdır.
11. Cihaz duvara monte edilebilir olmalıdır.
12. Cihazın türkçe kullanım klavuzu olmalıdır.
13. Cihaz teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır.

133717

### AYAKLI ASKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 170 ( $\pm 10$ ) cm ebatlarında olmalıdır.
2. Askı metal gövde, ayak ve askılıklı olmalıdır.
3. Metal aksam koyu renkte olmalıdır.
4. Ayak denge sağlayacak büyüklükte olmalıdır.
5. Gövde üzerinde en az 5 adet askılık olacaktır.