



T.C.
Pamukkale Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
DENİZLİ

Sayı : B.30.2.PAÜ.0.70.81.00//2018-11843
Konu : Teklife Davet

27.08.2018

Hastanemizin ihtiyacı olan **1 KALEM MALZEME ALIMI** işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Birim Sorumlusu
Fatih MANGIRCI
Satın Alma Memuru

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: 28.08.2018-14:00

TEKLİF BAŞVURU YERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ YENİ BİNA ZEMİN KAT SATIN ALMA SERVİSİ DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ KINIKLI KAMPÜSÜ KINIKLI DENİZLİ

TEKLİF TÜRÜ: TEKLİF BİRİM FİYAT

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Marka	UBB Kodu	SUT KODU	Birim Fiyatı (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	148856 - MIKRO AYARLANABİLİR BLADE TUTUCU ENEL CERRAHI AMELİYATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE	AD	2					

EK: TEKNİK ŞARTNAME

NOTLAR:

- ❖ Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog varsa teklif mektupları içerisinde sunulmalıdır.
- ❖ Teknik şartnameye cevap yazısı firma tarafından kaşe ve imza yapılarak teklif mektupları içerisinde sunulmalıdır.
- ❖ Numune istenmesi halinde birimizce telefonla bildirilen numune isteği en geç 2 (iki) iş günü içerisinde yerine getirilecek olup, numunesi getirilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- ❖ Tekliflerde **marka, SUT kodları** ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)'na kayıt/bildirim işlemlerinin yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı **UBB kodları** belirtilecektir.
- ❖ Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup, teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir. Teslimat süresi mali yılsonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- ❖ SUT eki listelerde bulunan malzemelere ilişkin teklif verilmesi halinde söz konusu malzemelerin SUT kodları tekliflerde belirtilecektir. Söz konusu listede yer almasına rağmen teklifte malzemelerin kodunun belirtilmemesi halinde malzemenin satın alınması ve fiyatının SUT ekinde yer alan fiyattan yüksek olması durumunda teklif edilen fiyat ile SUT ekinde yer alan fiyat arasındaki fark toplamı isteklinin hak edişinden kesilecek, hak edişinin bulunmaması halinde istekliden ayrıca tahsil edilecektir.
- ❖ Temlikname kabul edilmeyecektir.
- ❖ Teklife ilişkin KDV oranları belirtilecektir.
- ❖ SUT eki EK-5/E ve EK-5/F'de yer alan malzemelerin bulunduğu doğrudan teminlerde yüklenicinin SUT hükümlerine (SUT'un 7.1.22.maddesi,vb.) aykırı davranışından dolayı Kurumca eksik ödeme yapılması ya da ödeme yapılmaması durumunda sorumluluk yükleniciye ait olup, söz konusu kesinti tutarı yüklenicinin hak edişlerinden kesilecek, hak edişi bulunmaması halinde ise yükleniciden ayrıca tahsil edilecektir.
- ❖ "Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre SGK'ya faturalandırılabilmesine rağmen Medula tarafından "sıfır" fiyat dönen ve GMDN kodu SGK'nın "**NEGATİF**" listesinde bulunan malzemelere ilişkin teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır."
- ❖ **FAX İLE TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFLERİN ASLINI DA GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.**
- ❖ **Yukarıda belirtilen hususların teklif mektubunda taahhüt edilmesi gerekmekte olup, taahhüt edilmediği durumlarda teklifler geçersiz sayılacaktır.**
- ❖ **Ödemeler; Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve Yüklenicinin yazılı talebinden sonra ödeme planına göre ödeme 180 gün içinde gerçekleştirilecektir. Ancak, farklı ödeme vadeleri için fiyat alternatifleri komisyonumuzca değerlendirmeye alınacaktır.**
- ❖ **PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ YENİ BİNA ZEMİN KAT SATIN ALMA SERVİSİ DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ KINIKLI KAMPÜSÜ KINIKLI DENİZLİ**
TELEFON: 0 258 296 6291---FAKS DOĞRUDAN TEMİN: 0 258 296 47 09 FAKS İHALE: 0 258 296 47 12---e-Mail: paudogrudentemin@windowslive.com

GÜNCEL SUT KODLARINI TEKLİFTE BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
SGK'NIN ONAY TARİHİ OLMAYAN MALZEMELER ALINMAYACAKTIR.

Mikro Ayarlanabilir Blade Tutucu Teknik Özellikleri

1. Teklif edilen ürünün üzerinde markası, katalog kod numarası, lot numaraları ve CE işareti ile ürünün özelliğine bağlı olarak lock,unlock gibi yönlendirici ve belirleyici işaretler silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Teklif edilen ürünün katalog numarası, ölçüleri ve katalog resmi birbirini tutmalıdır.
2. Teklif veren firmaların teklif ettiği ürün özel üretim olmamalı, ürünün katalog numaraları ve ölçüleri temin edilecek orijinal kataloglarında bulunmalıdır.
3. Teklif edilen ürünlerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Tavan lambası veya parlak ışık altında gözü alacak şekilde parlayan maddeden imal edilmiş olmamalıdır.
4. Sistemdeki tüm parçalar otoklava, paslanmaya, oksitlenmeye karşı dayanıklı olmalı, bu özellik bir kalite kuruluşu tarafından kullanılan materyalin kimyasal içeriği ile birlikte belgelenmelidir.
5. Sistem monte edilip kilitlemeler yapıldığında set esnememelidir. Pozisyonunu asla bozmamalı, gevşememelidir.
6. Tüm blade'ler, blade kolu üzerindeki yuvaya kilitlenip, 360 derece dönebilmelidir
7. Mikro olarak boyu yaklaşık enaz 10cm ileri-geri ayarlanabilir olmalıdır.
8. Cross bar' a veya açılı kol' a istenen noktadan takılıp sıkma kolu ile sıkılıp fix edilmelidir. 360 derece konumda dönebilmelidir.
9. Uç kısmında blade takıp çıkarmaya yarayan kilit pimi olmalıdır. Ayrıca ön kısımdaki hareketli mil sayesinde blade aşağı yukarı hareket edebilmelidir.
10. Blade tutucu üzerindeki sıkma kolları değişik konumlarda da sıkma yapmalı, sıkma kolu hekim tarafından çalışmayı engellemeyecek şekilde ayarlanabilmelidir.
11. Sıkma pozisyon klempsi üzerinde açık veya kilitli olduğu anlaşılır rumuz olmalıdır.
12. Ürünler ISO 13485:2003 ve ISO 10993 Kalite güvence belgelerine sahip olmalıdır.
13. Set' in tümü en az iki yıl fabrika garantisi, on yıl yedek parça temini ve satış sonrası teknik servis hizmetleri garantisi altında olmalıdır.
14. Blade tutucu kurumda bulunan Thomson Surgical Masaya Monte Retraktör sistemi ile uyumlu olmalıdır.

FAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ali Kagan GÖKAKIN
Diploma No: 2669
Uzm. No: 112612-13588

FAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Murat AYKOTA
Diploma No: 116993 Uzm. No: 114590