



T.C.
Pamukkale Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
DENİZLİ

Sayı : B.30.2.PAÜ.0.70.81.00//2026-10785
Konu : Teklife Davet

10.09.2026

Hastanemizin ihtiyacı olan **3 KALEM MALZEME ALIMI** işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Birim Sorumlusu
Ramazan KOYUN
Satın Alma Memuru

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: 11.09.2026-12:00

TEKLİF BAŞVURU YERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ YENİ BİNA ZEMİN KAT SATIN ALMA SERVİSİ DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ KINIKLI KAMPÜSÜ KINIKLI DENİZLİ

TEKLİF TÜRÜ: TEKLİF BİRİM FİYAT

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Marka	UBB Kodu	SUT KODU	Birim Fiyatı (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	165391 - BIDON 15 LT'LIK MUSLUKLU	AD	2					
2	165456 - MEZUR 250 ML	AD	3					
3	107817 - CAM HUNI ORTA BOY	AD	3					

EK: TEKNİK ŞARTNAME

NOTLAR:

- ❖ Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog varsa teklif mektupları içerisinde sunulmalıdır.
- ❖ Teknik şartnameye cevap yazısı firma tarafından kaşe ve imza yapılarak teklif mektupları içerisinde sunulmalıdır.
- ❖ Teklif veren şahıs firmaları doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde teklifte belirtmelidir.
- ❖ Numune istenmesi halinde birimizce telefonla bildirilen numune isteği en geç 2 (iki) iş günü içerisinde yerine getirilecek olup, numunesi getirilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- ❖ Tekliflerde **marka, SUT kodları** ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)'na kayıt/bildirim işlemlerinin yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı **UBB kodları** belirtilecektir.
- ❖ Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup, teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir. Teslimat süresi mali yılsonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- ❖ SUT eki listelerde bulunan malzemelere ilişkin teklif verilmesi halinde söz konusu malzemelerin SUT kodları tekliflerde belirtilecektir. Söz konusu listede yer almasına rağmen teklifte malzemelerin kodunun belirtilmemesi halinde malzemenin satın alınması ve fiyatının SUT ekinde yer alan fiyattan yüksek olması durumunda teklif edilen fiyat ile SUT ekinde yer alan fiyat arasındaki fark toplamı isteklinin hak edişinden kesilecek, hak edişinin bulunmaması halinde istekliden ayrıca tahsil edilecektir.
- ❖ Temlikname kabul edilmeyecektir.
- ❖ Teklife ilişkin KDV oranları belirtilecektir.
- ❖ SUT eki EK-5/E ve EK-5/F'de yer alan malzemelerin bulunduğu doğrudan teminlerde yüklenicinin SUT hükümlerine (SUT'un 7.1.22.maddesi,vb.) aykırı davranışından dolayı Kurumca eksik ödeme yapılması ya da ödeme yapılmaması durumunda sorumluluk yükleniciye ait olup, sözkonusu kesinti tutarı yüklenicinin hak edişlerinden kesilecek, hak edişi bulunmaması halinde ise yükleniciden ayrıca tahsil edilecektir.
- ❖ "Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre SGK'ya faturalandırılabilmesine rağmen Medula tarafından "sıfır" fiyat dönen ve GMDN kodu SGK'nın "**NEGATİF**" listesinde bulunan malzemelere ilişkin teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır."
- ❖ KARGO VE ULAŞIM BEDELLERİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
- ❖ FAX İLE TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFLERİN ASLINI DA GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.
- ❖ **Yukarıda belirtilen hususların teklif mektubunda taahhüt edilmesi gerekmekte olup, taahhüt edilmediği durumlarda teklifler geçersiz sayılacaktır.**
- ❖ **Ödemeler; Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve Yüklenicinin yazılı talebinden sonra ödeme planına göre ödeme 90 gün içinde gerçekleştirilecektir. Ancak, farklı ödeme vadeleri için fiyat alternatifleri komisyonumuzca değerlendirmeye alınacaktır.**
- ❖ **PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ YENİ BİNA ZEMİN KAT SATIN ALMA SERVİSİ DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ KINIKLI KAMPÜSÜ KINIKLI DENİZLİ**
TELEFON: 0 258 296 6291---FAKS DOĞRUDAN TEMİN: 0 258 296 47 09 FAKS İHALE: 0 258 296 47 12 e-
Mail: dogrudantemin@pau.edu.tr

15 LİTRE HACİMLİ MUSLUKLU KİMYASAL (ALKOLLÜ SIVI) SAKLAMA VE DAĞITIM BİDONU TEKNİK ŞARTNAMESİ (165391)

1. Genel Özellikler ve Malzeme Kalitesi

- 1.1. Bidonlar, tıbbi ve kimyasal kullanıma uygun, etil alkol ile tepkimeye girmeyen ve etil alkol depolanmasına uygun malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 1.2. Bidonun nominal hacmi net 15 (on beş) litre olmalıdır.
- 1.3. Bidon gövdesi; %96 ve %70 lik etil alkol (etanol), izopropil alkol ve benzeri agresif/uçucu tıbbi dezenfektan kimyasallara karşı tam korozyon direncine sahip olmalıdır. Çatlama, erime veya sızdırma yapmamalıdır.
- 1.4. Alkolün ışık maruziyetiyle özelliğini kaybetmesini (fotokimyasal reaksiyonları) önlemek amacıyla bidon gövdesi ışık geçirmeyen opak (renkli/mat) yapıda olmalıdır. Şeffaf veya yarı şeffaf bidonlar kabul edilmeyecektir.
- 1.5. Sıvı aktarımı ve seyreltme esnasında statik elektrikten kaynaklı parlama riskine karşı ürün antistatik özellik taşımalıdır.

2. Kapak ve Sızdırmazlık Özellikleri

- 2.1. Bidon kapağı vidalı sistem olmalı ve uçucu alkol buharının dışarı kaçmasını, dezenfektanın derecesinin düşmesini önleyecek alkole dayanıklı sızdırmaz contaya sahip olmalıdır.
- 2.2. Sıcaklık değişimlerinde bidon içinde oluşabilecek iç basıncı/vakumu dengelemek ve patlama/içe çökme riskini önlemek amacıyla kapakta çift yönlü (basınç ve vakum tahliyeli) emniyet sistemi bulunmalıdır. Valf, normal şartlarda alkol buharının dışarı kaçmasını ve alkol derecesinin düşmesini önlemek için tam sızdırmaz kalmalı; yalnızca kritik basınç veya vakum eşğinde otomatik olarak devreye girmelidir. Sürekli hava/gaz geçişine izin veren standart basit membranlı kapaklar kabul edilmeyecektir.

3. Musluk ve Dağıtım Sistemi Özellikleri

- 3.1. Bidonun alt kısmında, içerisindeki sıvının servislere ve transfer kaplarına güvenli dağıtılmasını sağlayacak entegre musluk bulunmalıdır.
- 3.2. Musluk mekanizması da gövde gibi alkole dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalı; metal vana veya alkolün eritebileceği kalitesiz plastik aksam içermemelidir.
- 3.3. Musluk, damlatmaz (kilitli/küresel vana) tipte olmalı, açık-kapalı pozisyonları net ve güvenli şekilde çalışmalıdır. Dağıtım sonrasında sızıntı yapmamalıdır.
- 3.4. Bidonun taban yapısı, musluk açıkken veya sıvı transferi yapılırken devrilmeyi önleyecek şekilde geniş ve maksimum dengeli tasarlanmış olmalıdır.

4. Kabul ve Garanti Şartları

- 4.1. Teslim edilen ürünler üzerinde çatlak, çapak, üretim hatası veya musluk montaj yerinde sızıntı bulunmamalıdır.
- 4.2. Ürünler; malzeme, fabrikasyon, montaj ve kimyasal korozyon hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır. Garanti süresi içinde imalat hatası nedeniyle arızalanan, sızdıran veya deformasyona uğrayan ürünler, yüklenici firma tarafından en geç 10 (on) iş günü içerisinde yenisiyle ücretsiz değiştirilmelidir.

5. Sterilizasyon Şartları

- 5.1 Bidon imalatında kullanılan tüm bileşenlerin, otoklav ortamında yüksek sıcaklık altında sterilizasyona uygun, kırılma riski barındıran cam ve benzeri materyal içermeyen dayanıklı malzemeden üretilmesi gerekmektedir. Teknik şartnamede belirtilen otoklavlanabilirlik şartını karşılamayan ürünler kabul edilmeyecektir.

250 ML HACİMLİ MEZÜR TEKNİK ŞARTANEMSI (165456)

1. Hacim ve Gövde Yapısı: Mezürün toplam ölçüm kapasitesi 250 ml olmalıdır. Gövde üzerinde sıvıların kolayca dökülmesini sağlayan emzikli (oluklu) bir ağız yapısı bulunmalıdır.
2. Malzeme Özellikleri: Ürün, yüksek sıcaklık ve kimyasal dayanıklılığa sahip cam malzemeden üretilmiş olmalıdır. Etil alkol ile tepkimeye girmeyen ve etil alkol depolanmasına uygun malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Sterilizasyon ve Otoklav Dayanımı: Mezür, otoklavda yüksek sıcaklıkta steril edilmeye uygun yapıda olmalıdır. Otoklavlama sonrasında üründe deformasyon, çatlama, erime veya derecelendirme çizgilerinde silinme meydana gelmemelidir.
4. Skala ve Derecelendirme: Gövde üzerindeki hacim göstergeleri ve derecelendirme çizgileri kabartma (gömme) veya kalıcı boyâ baskı şeklinde olmalıdır. Derecelendirme aralıkları (taksimât) en fazla 2 ml veya 5 ml ölçeğinde, net ve okunabilir olmalıdır.
5. Taban Yapısı: Mezürün devrilmesini önleyecek şekilde tasarlanmış, dengeli ve geniş bir altıgen veya yuvarlak taban yapısı bulunmalıdır.
6. Yüzey Kalitesi: İç yüzeyi pürüzsüz olmalı, sıvı tutmamalı ve kolay temizlenebilmelidir.
7. Kabul ve Muayene: Teslim edilen ürünler çatlak, kırık, kalıp hatası ve deformasyon içermemelidir. Teknik şartnamede belirtilen otoklavlanabilirlik şartını karşılamayan ürünler kabul edilmeyecektir.

HUNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (10787)

1. Ölçü ve Tasarım: Huninin üst ağız dış çapı 15 cm ile 20 cm arasında olmalıdır.
2. Malzeme Özellikleri: Ürün, yüksek kimyasal dirence ve sıcaklık dayanımına sahip malzemeden üretilmiş olmalıdır. Etil alkol ile tepkimeye girmeyen ve etil alkol aktarımına uygun malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Sterilizasyon ve Otoklav Dayanımı: Huni, laboratuvar ortamında otoklavda steril edilmeye uygun yapıda olmalıdır. Otoklavlama sonrasında üründe eğilme, bükülme, erime, çatlama veya yapısal bozulma meydana gelmemelidir.
4. Gövde ve Sap Yapısı: Huninin iç yüzeyi pürüzsüz olmalı ve sıvının hızlı akışını sağlamak için uygun eğimde tasarlanmalıdır.
5. Yüzey Kalitesi: Ürün sıvı tutmamalı, kolay temizlenebilir ve kontaminasyon riskini minimize edecek yüzey pürüzsüzlüğüne sahip olmalıdır.
6. Kabul ve Muayene: Teslim edilen ürünlerde çapak, kırık, çatlak veya kalıp hatası bulunmamalıdır. Teknik şartnamede belirtilen otoklavlanabilirlik şartını karşılamayan ürünler kabul edilmeyecektir.