



T.C.  
Pamukkale Üniversitesi  
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  
DENİZLİ

Sayı : B.30.2.PAÜ.0.70.81.00//2026-8452  
Konu : Teklife Davet  
Hastanemizin ihtiyacı olan **1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI** işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

14.05.2026

Birim Sorumlusu  
Ramazan KOYUN  
Satın Alma Memuru

**SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:** 15.05.2026-10:00

**TEKLİF BAŞVURU YERİ:** PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ YENİ BİNA ZEMİN KAT SATIN ALMA SERVİSİ DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ KINIKLI KAMPÜSÜ KINIKLI DENİZLİ

**TEKLİF TÜRÜ:** TEKLİF BİRİM FİYAT

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Marka	UBB Kodu	SUT KODU	Birim Fiyatı (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
S:1	161480 - KEMİK KESİCİ LATERAL CİHAZI	AD	1					

**EK: TEKNİK ŞARTNAME**

**NOTLAR:**

- ❖ Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog varsa teklif mektupları içerisinde sunulmalıdır.
- ❖ Teknik şartnameye cevap yazısı firma tarafından kaşe ve imza yapılarak teklif mektupları içerisinde sunulmalıdır.
- ❖ Teklif veren şahıs firmaları doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde teklifte belirtmelidir.
- ❖ Numune istenmesi halinde birimizce telefonla bildirilen numune isteği en geç 2 (iki) iş günü içerisinde yerine getirilecek olup, numunesi getirilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- ❖ Tekliflerde **marka, SUT kodları** ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)'na kayıt/bildirim işlemlerinin yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı **UBB kodları** belirtilecektir.
- ❖ Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecek olup, teslimat süresi değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir. Teslimat süresi mali yılsonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- ❖ SUT eki listelerde bulunan malzemelere ilişkin teklif verilmesi halinde söz konusu malzemelerin SUT kodları tekliflerde belirtilecektir. Söz konusu listede yer almasına rağmen teklifte malzemelerin kodunun belirtilmemesi halinde malzemenin satın alınması ve fiyatının SUT ekinde yer alan fiyattan yüksek olması durumunda teklif edilen fiyat ile SUT ekinde yer alan fiyat arasındaki fark toplamı isteklinin hak edişinden kesilecek, hak edişinin bulunmaması halinde istekliden ayrıca tahsil edilecektir.
- ❖ Temlikname kabul edilmeyecektir.
- ❖ Teklife ilişkin KDV oranları belirtilecektir.
- ❖ SUT eki EK-5/E ve EK-5/F'de yer alan malzemelerin bulunduğu doğrudan teminlerde yüklenicinin SUT hükümlerine (SUT'un 7.1.22.maddesi,vb.) aykırı davranışından dolayı Kurumca eksik ödeme yapılması ya da ödeme yapılmaması durumunda sorumluluk yükleniciye ait olup, sözkonusu kesinti tutarı yüklenicinin hak edişlerinden kesilecek, hak edişi bulunmaması halinde ise yükleniciden ayrıca tahsil edilecektir.
- ❖ "Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre SGK'ya faturalandırılabilmesine rağmen Medula tarafından "sıfır" fiyat dönen ve GMDN kodu SGK'nın "**NEGATİF**" listesinde bulunan malzemelere ilişkin teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır."
- ❖ KARGO VE ULAŞIM BEDELLERİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
- ❖ FAX İLE TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFLERİN ASLINI DA GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.
- ❖ **Yukarıda belirtilen hususların teklif mektubunda taahhüt edilmesi gerekmekte olup, taahhüt edilmediği durumlarda teklifler geçersiz sayılacaktır.**
- ❖ **Ödemeler; Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve Yüklenicinin yazılı talebinden sonra ödeme planına göre ödeme 90 gün içinde gerçekleştirilecektir. Ancak, farklı ödeme vadeleri için fiyat alternatifleri komisyonumuzca değerlendirmeye alınacaktır.**
- ❖ **PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞ. VE UYG. MERKEZİ YENİ BİNA ZEMİN KAT SATIN ALMA SERVİSİ DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ KINIKLI KAMPÜSÜ KINIKLI DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 6291---FAKS DOĞRUDAN TEMİN: 0 258 296 47 09 FAKS İHALE: 0 258 296 47 12---e-Mail: [dogrudantemin@pau.edu.tr](mailto:dogrudantemin@pau.edu.tr)**

**GÜNCEL SUT KODLARINI TEKLİFTE BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR.  
SGK'NIN ONAY TARİHİ OLMAYAN MALZEMELER ALINMAYACAKTIR.**

## KEMİK KESİCİ LATERAL CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Cihaz, kemik hasatı, sinüs cerrahi, rhinoplasty, osteoplasti, osteotomi, uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Cihaz 24.29.5 KHZ frekansında çalışmalıdır.
- 3- Cihazın su akış oranı 10-85 mL/dk aralığında olmalıdır.
- 4- Cihazda 3 farklı mod seçeneği olmalıdır.
  - 5- Cihaz güç-frekans, soğutma, otomatik temizleme (auto cleaning) gibi verileri de içermelidir. Tüm bu özelliklere ait dokunmatik tuşlar kontrol paneli üzerinde olup istenilen ayar bu tuşlardan kolaylıkla yapılabilir.
  - 6- Cihazın kullanımını kolay ve tüm fonksiyonları gösteren geniş, LED'li ekranı olmalıdır. Ultrasonik çalışma göstergesi, program numarası, titreşim seviyesi, sıvı akış seviyesi, titreşim modu, hafıza durumu ve mod seçme ekranda görülebilmelidir.
- 7- Mevcut programlar kolayca değiştirilebilir. *172.16.42.115*
- 8- Cihazın mevcut çalışma hızı ve titreşim seviyesi ekranda görülmelidir. *4040*  
*13.05.2026*
- 9- Cihaz, yumuşak dokuya geldiği zaman kesmemelidir.
- 10- Cihaz, mobil RF parazitlerinden etkilenen elektromanyetik alanlarda kullanılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 11- Başlık kablosu en az 2 mt. uzunluğunda olup, cihaza iterek mandallı sistem ile kolayca takılıp sökülebilmelidir. Başlık ve kablosu 135 dereceye kadar otoklavlanabilmelidir.
- 12- Başlık kablosunun içinden su akışı geçmemelidir. Dışarıdan görünmemelidir.
- 13- Başlık kullanım esnasında dahili sıvı miktarı ayarlanabilme işlemi yapılabilir.
- 14- Cihaz ile birlikte verilen başlığın arka kapağını ampul değiştirmek için gerektiğinde gövdeden kolayca ayrılabilir.
- 15- Sistem ayaktan kumanda edilebilir.
- 16- Cihaz taşınabilir olmalıdır.
- 17- Cihaz su pompası ile birlikte kontrol ünitesi, 2 m kablolu otoklavlanabilir ışıklı başlık, otoklavlanabilir kablo, ayak pedalı, sterilizasyon kaseti, 12 adet uç, uç standı, 1 adet serum veya şişe askısı, uç anahtarı, 1 adet yedek VA ampul, verilmelidir. 1 sağ 1 sol lateral 1 medial ve 1 dorsum için uc olmalıdır.
- 18- Verilecek olan uçlar bölüm tarafından istenilen çeşitlilik ve adette seçilebilir.
- 19- Cihaz arıza durumunda aynı gün müdahale edilebilir ve cihaz arızası giderilene kadar ikame cihaz bırakılmalıdır.
- 20- Cihaz 330\*254\*167 mm ölçülerinde ve 3.8 kg ağırlığında olmalıdır.
- 21- Cihaz ithal mali olup; ISO 9001 Kalite Güvence Sistemine ve CE Belgesine sahip olmalıdır.
- 22- Cihazın UBB kaydı olmalıdır.